



Município de Guairá
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
RUA 24, 755, Centro, Fone: (17)3331-8466
E-mail: guaira.assistencia@gmail.com
CEP: 14790-000 | Guairá/SP



Guairá, 04 de Janeiro de 2019

Ofício: 15/2019

Ao Ilmo. Pregoeiro

Andre Luiz Domingues

Assunto: Nova Descritiva Emenda Parlamentar n-Proposta 07639.752000/1170-11

Venho através desta, mui respeitosamente, comunicar que foram aceitos os questionamentos do Item 15 Cardioversor Portátil e que foram feitos novos descritivos do objeto com as todas as devidas correções necessárias para atender perfeitamente as necessidades da Unidade do pronto Atendimento, ressaltando que todos os aparelhos devem ser de confiança e que tenham passado por controles rígidos de qualidade da ANVISA.

Cardioversor Portátil	Com alça de transporte e Suportes para fixar as pás, sintético de alto impacto, composto de monitor e desfibrilador, saída de registro de Eletrocardiograma, alimentação em rede elétrica 90/230volts, entrada para fonte externa de 12 volts para uso de ambulância e bateria interna recarregável. Com monitor cardíaco de sete derivações, com indicação de frequência cardíaca digital de 0 a 300 BPM, com alarme de Bradi e taquicardia ajuste digital, alarme eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, descarga de Desfibrilador com proteção, sinal sonora da onda R, monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das pás do desfibrilador. Desfibrilador: tecla liga/desliga sincronização para cardioversor no monitor. Teclado de membrana com indicação visual para energia e funções, pás internas e externas adultas e infantis, escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno). seleção de carga de 01,02,05,10,20,30,40e 50 Joules para desfibrilador interna adulto, interna e externa infantil de 10,20,40,80,160,240,300 e 360 joules para desfibrilação externa adulta. Carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2). Bateria interna recarregável com 2 horas de monitoração, capacidade para até 40 disparos. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada com indicação do disparo.
-----------------------	---

Jorge Uatanabi do Prado

Secretário de Saúde

Jorge Uatanabi do Prado
RG:12788710-6/CPF:099.624.488-95
Sect. Municipal de Saúde - Guairá-SP

Recebido
04/01/19



Município de Guairá
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
RUA 24, 755, Centro, Fone: (17)3331-8466
E-mail: guaira.assistencia@gmail.com
CEP: 14790-000 | Guairá/SP



Guairá , 04 de Janeiro de 2019

Ofício : 14/2019

Ao Ilmo. Pregoeiro

Andre Luiz Domingues

Assunto: Novo Descritivo Emenda Parlamentar n-Proposta 07639.752000/1170-11

Venho através desta, mui respeitosamente , comunicar que foram aceitos os questionamentos do Item 20 Eletrocardiografo Portátil e 33 Monitor Multiparametro . Foi realizado novos descritivos do objeto e com todas as devidas correções necessárias para atender perfeitamente as necessidades da Unidade do pronto Atendimento , ressalto que todos os aparelhos devem ser de confiança e que tenham passado por controles rígidos de qualidade da ANVISA.

Eletrocardiógrafo	Com 12 derivações simultâneas para exames em pacientes adultos e infantis. Possui os modos: automático (12 derivações); Manual; Ritmo. Interpretação automática de todas as derivações. Portátil, menor que 6 Kg.Tela colorida sensível ao toque de no mínimo 6,5polegadas; Pré-visualização do exame antes da impressão e identificação de eletrodo solto na tela.Indicação da qualidade do sinal do ECG. Sensibilidade (ganho) 5,10 e 20 mm/mv; Filtro digital para ruídos de rede elétrica (60hz) e tremor muscular. Identificação de sinal de marca passo. Impressão em papel termossensível , apresentar pulso de calibração de 1mmv, velocidade de registro 25 e 50mm/s. Proteção contra descarga de desfibrilador e demais normas regulamentadores vigentes. Alimentação bivolt automática 100 a 230 v, 60HZ sem uso de fonte externa; b ateria íon de lítio recarregável com capacidade de impressão de no mínimo 250 exames. Memória interna capaz de armazenar no mínimo 100 exames. Exportar exames em PDF para computador por cartão de memória ou USB. Possibilidade de comunicação diretamente com o computador do usuário via WI-fi/Ethnet/USB para envio do exame no formato HL7 ou DICOM. Possibilidade de leitor de código de barras para identificação do paciente. Acompanha: cabo paciente ECG vias10 vias; eletrodos pera e cardioclips para membros. Inclui: manual operacional, treinamento e assistência técnica autorizada em um raio de no máximo 150 km. Garantia mínima de 1 ano a partir da data de entrega ; Registro na ANVISA
-------------------	---

Recebido em
04/01/19

Monitor Multiparametro 10" (características Mínimas)	Tela de LCD, colorida de no mínimo 10 polegadas. Controles e ajustes através de tela sensível ao toque e botão rotacional. Compacto e leve para transporte. Peso máximo: até 4 KG. Uso hospitalar e para transporte de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve monitorar os seguintes parâmetros: Eletrocardiograma (ECG), Respiração por impedância torácica, Saturação de Oxigênio (SPO2) com onda plestismográfica e índice de perfusão, Pressão não invasiva (PNI) e temperatura. Apresentar no mínimo 8 curvas simultâneas na tela e tendências de no mínimo 48 horas. Possibilidade de comunicação com central de monitorização. Possuir saída USB. Menu em português e grau de proteção de no mínimo IPX1. Possuir bateria interna recarregável de LI-ion (lithium) com capacidade de funcionamento de no mínimo 180 minutos. Bivolt automático. Acessórios inclusos, no mínimo: 01 sensor de oximetria adulto, 01 mangueira , 01 manguito pressão não invasiva adulto , 01 cabo ECG 5 vias . Apresentar registro válido na ANVISA. Possuir garantia de 12 meses. Comprovar todas as características solicitadas em Manual registrado na ANVISA.
---	---

Jorge Uatanabi do Prado

Secretário de Saúde

Ilmo Sr.

Andre Luiz Domingues