

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA SP****DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

secretaria@guaira.sp.gov.br

www.guaira.sp.gov.br



Guairá/SP, 08 de Agosto de 2023.

Ofício DMS F nº: 192/2023

Encaminhamos este, para nos termos da legislação vigente, ser realizada a aquisição do seguinte objeto:

DESCRITIVO	
Órgão Solicitante	DIRETORIA DE SAÚDE – AVALIAÇÃO SOCIAL
Justificativa/Finalidade	Aquisição de cadeira de rodas postural infanto juvenil para atender o paciente A.G.S, com parecer favorável da assistente social, conforme documentação anexa.
Objeto	Cadeira de rodas postural infanto juvenil
	Declaramos que o objeto a ser adquirido está suficientemente descrito conforme anexo, para a formulação da proposta pertinente e conseqüente satisfação da Administração, não havendo, salvo melhor juízo, características restritivas que possa a dificultar a ampla concorrência.
Especificações de Prazos	VIGÊNCIA: 03 (três) meses
Local de Entrega	Diretoria de Saúde – Av. 11, 604 - Centro
Entrega Parcelada	Entrega imediata em até 10 (dez) dias após a emissão do empenho
Dotação Orçamentária	10.302.0021.2073.0000 – Ficha 441
Origem do Recurso	Tesouro
Indicação do Gestor Contratual	Maria Cecília Ávila Rocha – CRESS 31.683 D

Atenciosamente,



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – DETALHAMENTO DO DESCRITIVO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	<p>Cadeira de rodas postural infanto juvenil</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura monobloco em alumínio com pintura epóxi;• Assento e encosto anatômicos sob medida;• Concha removível com sistema de engate rápido para maior facilidade e repidez;• Roda anti tombos;• Sistema tilt de inclinação de 0° à 45° através de pistão;• Sistema recliner de inclinação do encosto independente do assento de 0° à 90° através de pistão;• Abdutor removível com regulagem na profundidade;• Cinto peitoral tipo camiseta;• Cinto pélvico;• Apoio de braço estofado removível com protetor de roupa e com regulagem de altura;• Apoio de cabeça com regulagem na altura e profundidade;• Apoio de pés bandeja com cinta para os pés com regulagem na altura e profundidade;• Eixo quick nas quatro rodas;• Apoio de mão com regulagem de altura;• Tecido de neoprene removível e lavável. <p>Obs: lembrando que no caso desse paciente, a cadeira deve ser sob medida, devido à necessidade de encosto e assento adaptado pela presença de escoliose importante.</p>	01 UND

Solicitação nº 5426/23

Fernando dos Santos

Chefe do Departamento de Adm do Sistema de Saúde

Em 08 de 08 de 23,
recebi o presente.

Departamento de Compras